

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

<p>Product Produit</p> <p>Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur</p> <p>Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant</p> <p>Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine</p> <p>Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales</p> <p>Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)</p> <p>Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur</p> <p>Model / Type Ref. Réf. de type</p> <p>Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)</p> <p>A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI</p> <p>National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires</p> <p>As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat</p>	<p>Cryotherapy-device</p> <p>Cryofos Medical GmbH Lammstr. 21 76133 Karlsruhe Germany</p> <p>Cryofos Medical GmbH Lammstr. 21 76133 Karlsruhe Germany</p> <p>Cryofos Medical GmbH Lammstr. 21 76133 Karlsruhe Germany</p> <p>Power Supply unit: Input: 100 – 240 VAC; 50 – 60 Hz; 0,8 – 0,4 A Output: 24 VDC; 1,25 A; 30 W Unit: 24 VDC; 30 W</p> <p>CRYOFOS</p> <p>Cryofos; Cryofos Mobile</p> <p>IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 CSV IEC 60601-1:2005 IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 IEC 62366:2007 IEC 62366:2007/AMD1:2014</p> <p>KR, US</p> <p>3406669.50 (consisting of sub-reports A, B, C, D)</p>
--	--

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

 Meander 1051, NL-6825 MJ Arnhem, Netherlands
 DEKRA Certification B.V.
